



Kalibrační list
Calibration Certificate

Kalibrační list čís.:
Certificate-No.
C/21-010379

Zákazník:
Čís.zakázky.: **070721**
Měřidlo: **Kontrolní trny**
Sada 6 kusů St.přesnosti: 2
Ident-čís.: **viz.tabulka**
Rozměr: **viz.tabulka**
Výrobce: **bez**
Norma: **DIN 2269**
Kalibrační postup: **Trescal - kal.postup**

Vizuální posouzení: **bez závad**

Naměřené hodnoty:

Rozměr v mm	dovolená odchylka v μm	naměřená max.odchylka v μm	Id.číslo/Posouzení
1,00	± 2	1,8	1/ok
1,00	± 2	1,9	2/ok
4,00	± 2	1,8	1/ok
4,00	± 2	1,7	2/ok
6,00	± 2	1,7	1/ok
6,00	± 2	1,8	2/ok

Vyhodnocení: ok = v Toleranci F = mimo Toleranci (-) = bez posouzení

Spolehlivost měření: $U = 0,2 \mu\text{m} + D \times 100 \mu\text{m/m}$ (D= průměr)
vyhodnocení nejistoty měření s k=2 shodné se směrnici EA-4/02 (DKD-3)

Teplota: $20,0^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$

Zpětná návaznost na národní normály: Sada koncových měrek 121-ks, / 0,5 - 100,0 mm / Ident-čís. MWQ 1 31 110 / P/20-001276
Univerzální délkoměr SIP-302-M / Ident-Nr. MWQ 1 24 09 / C/20-002966

Vyhodnocení: **Měřidlo je schopno provozu**

Datum
14.5.2021

Kontrolor
Müller V.



Trescal GmbH, Ernst Abbe Str.18, 01844 Neustadt